

1.1 Identificazione del costruttore

TERMINTER SRL

Sede Legale e Stabilimento: Zona Industriale - San Filippo Del Mela (ME) - 98044


tel: 090 9385480 - 090 9385464 - fax: 090 9385481

info@terminter.com

Per la sostituzione delle parti del generatore di OZONO si raccomanda l'utilizzo di ricambi originali; il costruttore declina ogni responsabilità riguardo eventuali peggioramenti delle prestazioni del dispositivo per danni procurati ad esso dovuti all'uso di pezzi di ricambio non originali.

1.2 Identificazione del dispositivo

La targa di identificazione del dispositivo è situata sul retro.



Questa contiene il modello, il numero di serie del dispositivo e tutti i dati tecnici necessari per richiedere le parti di ricambio o per segnalare problemi tecnici al centro di assistenza.

1.3 Dichiarazione di conformità

TERMINTER

Sede Legale e Stabilimento: Zona Industriale

98044 - San Filippo del Mela (ME)

Ph. +39 090 9385480/64

Sede Commerciale e Stabilimento: Via Cascina Venina 2/A

20090 - Assago (MI) - Via Sant'Antonio 4, 20122 Milano

Ph. +39 02 83547506

info@terminter.com

CERTIFICAZIONE DISPOSITIVO AD OZONO

La Terminter srl, con sede in san Filippo del mela (ME), PIVA 01145290837, DICHIARA che il dispositivo con tecnologia ad ozono denominato **OZOPLUS 500mg/l** ha le seguenti:

Caratteristiche Tecniche

- Cella ozonogena: 40000 ore (max 60° C - 20% RH)
- Sistema di ventilazione: 80000 ore (MAX 50° C - 90% RH)
- Pulsantiera: 100.000 operazioni
- Timer: 50.000 operazioni (relè interno)

Miscela Prodotta

- Ozono (O₃): 1,07ppm
- Ossigeno (O₂): > 90%
- Azoto (N₂): < 5%
- Biossido di Azoto (NO₂): < 0,01ppm

Certificazione Normative Europee

- Direttiva 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)
- Direttiva EMC 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)

e in particolare soddisfa le norme armonizzate:

- EN60335-1 e successive modifiche;
- EN55014-1:2019 e successive modifiche;
- EN55014-2:2019 e successive modifiche;
- EN61000-3-2: 2014 e successive modifiche;
- EN61000-3-3:2014 e successive modifiche.
- Fabbricazione del dispositivo secondo le prescrizioni del D.Lgs 81/2008 "sicurezza nell'ambiente di lavoro".

Conformità dell'Ozono Erogato

L'OZONO È STATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE (PROTOCOLLO N. 24482 DEL 31 LUGLIO 1996) PRESIDIO NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CONTAMINATI DA BATTERI, VIRUS, SPORE ECC. E INFESTATI DA ACARI, INSETTI, ECC.

- Reg. UE N.528/2012 (Regolamento sui Biocidi)

Certificazione Made in Italy

Ai sensi del art. 16 c.1 del D.Lgs. 135/2009, la Terminter srl con sede legale in Z.I. , 98044 San Filippo del Mela (ME), consapevole delle pene previste dall'art. 517 del c.p. nel caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA che il Dispositivo sopracitato nella sua progettazione ingegneristica, nel suo disegno, lavorazione manualistica e packaging sono stati compiuti esclusivamente sul Territorio Italiano.

TERMINTER srl
 Zona Industriale GIAMMORO
 98044 S. FILIPPO DEL MELA (Me)
 Tel. 090.9385480 - 090.9385420
 Fax 090.9385481 - Part. IVA: 01145290837

